

# Mess- und Eichwesen Niedersachsen

-Landesbetrieb-

Office of Legal Metrology of the State of Niedersachsen

(Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

## Prüfschein



Test certificate

### Nummer

Number

OLD-25-00199

### Gegenstand

Object

Gewichtssatz  
Genauigkeitsklasse: M2  
500 kg

### Identifikation

Identification

Nr.: 99-128  
Typ: Zylindergewichte

### Hersteller

Manufacturer

Brenner

### Antragsteller

Applicant

Waagen Dammaschke GmbH  
Brombeerweg 53, 26180 Rastede

### Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit Bezugsnormalen nach der GM-P 2.1 („Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke“) mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

### Ergebnis

Result

Das Gewichtstück entspricht den Anforderungen der GM-P 2.1, Abs. 4.1 und der GM-P 2.3, Abs. 4.

### Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Rastede, 13. Februar 2025

### Gültigkeit der Prüfung bis

This test is valid until

12. Februar 2026

### Prüfzeichen

Marking



25

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This inspection certificate may only be reproduced in unchanged form.

### Ort und Datum

Place and date

Oldenburg, 14. Februar 2025

### Im Auftrage

By order

Gerdes  
Prüfer

van Loo  
Betriebsstellenleiterin

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift und Siegel gültig.

This document was generated electronically and is valid without signature and seal.

Stand: 29.11.2016

ALL\_BXX1C\_