

Mess- und Eichwesen Niedersachsen

-Landesbetrieb-

Office of Legal Metrology of the State of Niedersachsen

(Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein



Test certificate

Nummer

Number

OLD-25-00213

Gegenstand

Object

Gewichtstück
Genauigkeitsklasse: M2
500 kg

Identifikation

Identification

Nr.: 1-24
Typ: Zylindergewichte

Hersteller

Manufacturer

-

Antragsteller

Applicant

Waagen Dammaschke GmbH
Brombeerweg 53, 26180 Rastede

Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit Bezugsnormalen nach der GM-P 2.1 („Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke“) mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

Ergebnis

Result

Das Gewichtstück entspricht den Anforderungen der GM-P 2.1, Abs. 4.1 und der GM-P 2.3, Abs. 4.

Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Rastede, 17. Februar 2025

Gültigkeit der Prüfung bis

This test is valid until

16. Februar 2026

Prüfzeichen

Marking



25

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This inspection certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Oldenburg, 18. Februar 2025

Im Auftrage

By order

Gerdes
Prüfer

van Loo
Betriebsstellenleiterin

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift und Siegel gültig.

This document was generated electronically and is valid without signature and seal.

Stand: 29.11.2016

ALL_BXX1C_