



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Prüfschein

Test certificate



Nummer

HB-25-00689

Number

Gegenstand

8 Gebrauchsnormale der Genauigkeitsklasse M1

Object

Nennwert: 500 kg

Bauform: Korb

Identifikation

1-8

Identification

Hersteller

-

Manufacturer

Antragsteller

Waagen Dammaschke GmbH

Applicant

Brombeerweg 53

26180 Rastede

Prüfverfahren

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08_401022_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

Test procedure

Ergebnis

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

Result

Anzahl der Seiten

1

Number of pages

Ort und Datum der Prüfung

Bremen, 25.03.2025

Place and date of testing

Gültigkeit der Prüfung bis

24.03.2026

The test is valid until

Prüfzeichen

Marking



25

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

Bremen, 25.03.2025

Dienstiegel
Official Stamp



Im Auftrag

On behalf of

Köhler