



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.  
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

# Prüfschein

Test certificate



**Nummer**

Number

HB-25-00714

**Gegenstand**

Object

24 Gebrauchsnormale der Genauigkeitsklasse M1  
Nennwert: 500 kg  
Bauform: Zylindrisch, Rollgewicht

**Identifikation**

Identification

25-48

**Hersteller**

Manufacturer

-

**Antragsteller**

Applicant

Waagen Dammaschke GmbH  
Brombeerweg 53  
26180 Rastede

**Prüfverfahren**

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnormal-Gewichtstück(en) PM08\_401022\_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für Gewichtstücke (GM-P 2.1)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

**Ergebnis**

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

**Anzahl der Seiten**

Number of pages

1

**Ort und Datum der Prüfung**

Place and date of testing

Bremen, 28.03.2025

**Gültigkeit der Prüfung bis**

The test is valid until

27.03.2026

**Prüfzeichen**

Marking



25

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

**Ort und Datum**

Place and date

Bremen, 28.03.2025

Dienststempel  
Official stamp



Im Auftrag

On behalf of

  
Köhler