



DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.  
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

## Prüfschein

Test certificate



### Nummer

Number

HB-24-00695

### Gegenstand

Object

500 kg Gewichtstücke der Genauigkeitsklasse: M1  
Bauform: Zylindrisch

### Identifikation

Identification

1-48

### Hersteller

Manufacturer

-

### Antragsteller

Applicant

Waagen Dammaschke GmbH  
Brombeerweg 53  
26180 Rastede

### Prüfverfahren

Test procedure

Der konventionelle Wägewert wurde durch Vergleich mit den Bezugsnorm-Gewichtstück(en) PM08\_400422\_11B nach Abschnitt 6 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für die Eichung und Prüfung von Gewichtstücken (GM-P8)“ mittels Substitutionswägemethode bestimmt.

### Ergebnis

Result

Der o. a. Gegenstand entspricht den Anforderungen des Abschnittes 4 der „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW).“

### Anzahl der Seiten

Number of pages

1

### Ort und Datum der Prüfung

Place and date of testing

Bremen, 27.03.2024

### Gültigkeit der Prüfung bis

The test is valid until

26.03.2025

### Prüfzeichen

Marking



24

Dieser Prüfschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

This test certificate may only be reproduced in unchanged form.

### Ort und Datum

Place and date

Bremen, 27.03.2024

Dienststempel  
Official stamp



Im Auftrag

On behalf of

Zimmer